



ร้านทีเคแอลกอฮอล์ จำกัด หน่วยงานเครื่องวัดแอลกอฮอล์ อุปกรณ์และบริการ  
ที่อยู่ 85/3 หมู่4 ตำบล บางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110  
โทร. 0967145108 E-mail : Sale.alcohol.th@hotmail.com www.tk-alcohol.com



### เครื่องเป่าแอลกอฮอล์มาตรฐาน K(510) ด้วยเทคโนโลยีตรวจสอบที่แม่นยำ BacTrack S80

- เซ็นเซอร์ Extend เทคโนโลยีขั้นสูงช่วยให้ตรวจได้แม่นยำยิ่งขึ้น ด้วยค่าระหว่าง 0.000-0.400
- ใช้พลังงานแบตเตอรี่ต่ำสามารถใช้ได้ถึง 1,500 ทดสอบต่อหนึ่งชุดของแบตเตอรี่ AA
- เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ขั้นสูงทำให้ตรวจสอบได้อย่างแม่นยำ
- ป้องกันการประมวลผลผิดพลาดจาก สารอะซีโตนทอน สำหรับผู้ตรวจที่เป็นเบาหวาน
- จอแสดงผล LCD ให้ผลการทดสอบที่ (0.015, 0.081, 0.223% BAC ฯลฯ )
- สามารถตั้งสัญญาณเตือนได้ที่ระดับ 20-70
- สามารถตั้งแรงลมเป่าได้หลายระดับหรือตัดการแสดงผลด้วยตัวเองได้
- สามารถตั้งระยะเวลาในการเป่าได้
- หลอดเป่าสามารถเปลี่ยนได้โดยเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยแก่ทุกคน มีอากาศหลุดร่วน้อยเพื่อให้ได้ผลตรวจที่แม่นยำที่สุด
- เซ็นเซอร์ Xtend Electro-chemical fuel cell ตรวจวัดผลได้รวดเร็วแม่นยำให้ค่าตรวจที่เสถียร
- จอLCDแสดงผลหน่วยเป็นตัวเลข
- แสดงผลตรวจวัดด้วยตัวเลขและสัญญาณเตือนระดับ
- แสดงความถี่ของสัญญาณเตือนเมื่อระดับแอลกอฮอล์สูงตามลำดับ
- อ่านค่าเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0 – 400 mg
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 2 ก้อน

- แบตเตอรี่ 1 ชุดใช้งานได้ 1500 ครั้ง-+
- อุณหภูมิที่ควรใช้ปฏิบัติงาน: 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิที่ไ้เก็บรักษาเครื่อง: 0 ถึง 70 องศาเซลเซียส
- อุ้นเครื่อง 10 วินาที
- เป่าลมและประมวลผล 3 วินาที
- น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัดพอด่มือ พกพาได้สะดวกใช้งานสบาย
- วัสดุตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS มีอายุยาวนานและทนทานต่อการใช้งาน
- ระบบต่อเนื่องและปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นการประหยัดพลังงาน
- สามารถเปลี่ยนเซ็นเซอร์ได้มีอุปกรณ์ซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องวัดแอลกอฮอล์ใช้ในระยะเวลาคุ้มค่า

#### สินค้าประกอบด้วย

- เครื่องเป่าแอลกอฮอล์จำนวน 1 ชุด
- หลอดเป่า 200 ชุด
- เคสเครื่องเป่าแอลกอฮอล์
- แบตเตอรี่AA จำนวน 1 ชุด
- สมุดคู่มือการใช้งาน
- รับประกันสินค้า 1 ปี

#### ข้อมูลทางเทคนิค

Dimensions	2.3 x 4.8 x 0.8 inches
Weight	4.8 oz (136g) with mouthpiece and batteries
Mouthpieces	6 included
Battery	2 AA batteries included
Battery Life	Approximately 1,500 tests
Sensor Technology	Xtend Electro-chemical fuel cell
Sensor Accuracy	+/- 0.005 at 0.050% BAC (blood alcohol content)
Warm-up Time	10-20 Seconds
Blowing Time	5 Seconds
Response Time	3 Seconds
BAC Range	0.000 - 0.400% BAC (Blood Alcohol Content)
Test Count	Displays total number of tests performed
Warranty	1 Year